

Berita Acara Evaluasi Penawaran

Nomor : 48

Pada hari ini, 13 Juni 2019, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 1504223
Nama Tender : PENGADAAN SANITARIAN KIT (DAK Penugasan)
Nilai Total HPS : Rp 1.099.449.889,95
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 27 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. MULTI SARANA LABORATORI	Rp 1.094.699.100,00
2	PT. Prima Djaya Alkesindo	
3	PT.BOUGENVILLE ANUGRAH	
4	PT. GENELAB INTERSAINS	
5	CV. BERLIAN EDRIN	
6	CV. SINERGI UTAMA	
7	Putra Tanjung Perkasa	
8	CV.PURNAMA JAYA	
9	PT. PRIMA ANDESTA	
10	PT.INDONESIA SEMOGA JAYA	
11	CV. SATRIA KARYA	
12	PT.ADILA PERMATA ABADI	
13	CV. LUBUK NILAM	
14	CV. Homerson	
15	CV. RENAISSAN	
16	CV.STAR	
17	CV. ASYFA	
18	CV. Indo Global	
19	CV.SURYA CAHAYA PELANGI	

20	PT.TIGA TIGA SENTOSA	
21	PT Sindoro Argo Sakti	
22	CV. PELANGI	
23	CV. CITRA PERKASA	
24	SAMARAH	
25	PT. INDOMEDIFA TEKNOLOGI	
26	CV. Karya Muda Jemaja	
27	CV. Marsnata Mandiri	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. MULTI SARANA LABORATORI	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. MULTI SARANA LABORATORI	TIDAK LULUS	1. jangka waktu pelaksanaan pada Grafik time schedule yang ditawarkan melebihi jangka waktu pelaksanaan pada dokumen tender 2. Surat dukungan dari distributor atau pabrik tidak mencantumkan tersedianya buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunaan peralatan. 3. Surat keterangan metode kalibrasi photometer untuk barang GN-60 tidak ada.

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman

ttd,

Pokja Pemilihan Paket 12